



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zam.pub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/213/2017

Sanok, dnia 16.05.2017r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/16/2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy

*** Pytanie nr 1 – dot. pakietu nr 7**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7:

Siatkę dootrzewnową, separującą, miękką, niewchłaniającą, 2-warstwową. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetyleny (ePTFE), z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), grubość 0,55 mm, porowatość średnia 830 μm , gramatura średnia 108 g/m^2 , z oznaczeniem strony implantacji, dwukierunkowa elastyczność, w rozmiarze 20 x 25 cm (specyfikacja wymaga 30 x 20 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

*** Pytanie nr 2 – dot. pakietu nr 6 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na siatki o gramaturze 70g/m² i średnicy oczka 1.0mm – 1.5mm, pozostałe parametry zgodnie z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

*** Pytanie nr 3 – dot. pakietu nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 2 na zaoferowanie woreczków ekstrakcyjnych do laparoskopii rozmiar 220ml ze ściągaczem, co pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 4 – dot. pakietu nr 5**

Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania (pod warunkiem doposażenia na czas umowy w kompatybilne kanistry i mocowniki), równoważny system do odsysania, producent brytyjski?

Oferowany system jest najnowocześniejszy na rynku ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników, zapewniającą, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi). System nasz charakteryzuje się wkładami posiadającymi w pokrywie dwa króćce przyłączeniowe: pacjent, próżnia, o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec do pacjenta jest uniwersalny, gładki, rozszerzający się; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta. Wkłady workowe o poj. 1l. mają kształt okrągły. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem ze oferent do przetestowania wkładów dostarczy do nich pojemniki j. u. oraz prospekt rodzajów uchwytów do w w pojemników. Zamawiającego interesują uchwyty do panelu szyny, do ściany oraz łóżka szpitalnego minimalna ilość pojemników które należy dostarczyć po podpisaniu umowy to: 60szt. stacjonarnych + 10 szt. wózków jezdnych z pojemnikami. Nie dotyczy to systemów typu SERRIES będących na wyposażeniu szpital.

*** Pytanie nr 5 – dot. pakietu nr 1 poz.1**

Czy w pozycji 1, pakiet 1 Zamawiający ma na myśli Uniwersalny zestaw w wersji grawitacyjnej zawierający

- Port medyczny typu ENFit, służy do podawania leków i płukania dystalnego odcinka zestawu
- Złącze ENFit (żeńskie) do połączenia ze zgłębnikiem typu ENFit

Odpowiedź: Tak

*** Pytanie nr 6 – dot. pakietu nr 1 poz.2**

Czy w pozycji 2, pakiet 1 Zamawiający ma na myśli Uniwersalny zestaw w wersji przy użyciu pompy Flocare® Infinity™ zawierający:

- Port medyczny typu ENFit, służy do podawania leków i płukania dystalnego odcinka zestawu
- Złącze ENFit (żeńskie) do połączenia ze zgłębnikiem typu ENFit

Odpowiedź: Tak

*** Pytanie nr 7 – dot. pakietu nr 1 poz.3**

Czy w pozycji 3, pakiet 1 Zamawiający ma na myśli Uniwersalny zestaw w wersji przy użyciu pompy Flocare® 800 zawierający:

- Port medyczny typu ENFit, służy do podawania leków i płukania dystalnego odcinka zestawu
- Złącze ENFit (żeńskie) do połączenia ze zgłębnikiem typu ENFit

Odpowiedź: Tak jak w SIWZ

*** Pytanie nr 8 – dot. pakietu nr 1 poz. 1,2,3,**

Prosimy o usunięcie w poz. 1,2,3 zapisu o złączu przejściowym (męskie) TRANSTION typu ENLock, ponieważ ma zostać zakończona produkcja złącza TRANSITION, które było rozwiązaniem przejściowym na czas wymiany sprzętu z systemem połączeń ENLock na ENFit.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

*** Pytanie nr 9 – dot. pakietu nr 6 poz.1**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6, poz.1 dopuści siatki polipropylenowe o gramaturze 96g/m² wielkość oczka 1,1, x 1,2 mm, grubość włókna 0,15 mm, rozmiar siatki zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

*** Pytanie nr 10 – dot. pakietu nr 6 poz. 2**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 poz.2 dopuści siatki polipropylenowe o gramaturze 45 g/m², wielkość oczka 1,1, x 1,2 mm, grubość włókna 0,1 mm, rozmiar siatki zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

*** Pytanie nr 11 – dot. pakietu nr 6 poz. 2**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 dopuści siatkę kompozytową, wewnątrztrzewnową, nieprzylegającą, która może być implantowana bezpośrednio na jelita, z możliwością docinania dożądanego kształtu, wykonaną ze 100% polipropylenu prasowanego termicznie z jednej strony pokrytą silikonem, grubość siatki < 1mm, gramatura 350-406 g/m², rozmiar siatki zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

*** Pytanie nr 12 – dotyczy podpisania oferty**

W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania

środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem.

Odpowiedź: Tak zgodnie z SIWZ

*** Pytanie nr 13 – Dotyczy SIWZ**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Odpowiedź: Należy przedstawić stosowne dokumenty zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia(...)

*** Pytanie nr 14 – dot. zawarcia umowy**

Z uwagi na fakt, iż siedziba Wykonawcy znajduje się poza granicami kraju wnosimy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą kurierską. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana również pocztą kurierską.

Odpowiedź: Tak

*** Pytanie nr 15 – dot. wzoru umowy**

Dotyczy §3 pkt.2 wzoru umowy

Ustalona przez Zamawiającego kara umowna w wysokości 2% sprawia, że strony umowy nie są równoprawne. W wypadku nieterminowości w płatnościach Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej tj. 0,1%. Zapis taki sprzeczny jest z art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz z art. 5 KC – „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.” i art. 353 KC – tj niezgodności umowy z zasadami współżycia społecznego przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wygórowane kary umowne naruszają także jedną z naczelnych zasad PZP zawartą w art. 7 ust. 1 – zasadę uczciwej konkurencji. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1%.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

*** Pytanie nr 16 – dotyczy §3 pkt.4 wzoru umowy**

Paragraf 3 pkt 4 wzoru umowy mówi, iż: „4. W przypadku odmowy dostawy towaru Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5% wartości towaru, którego dostawy Wykonawca odmówił.”

Z treści tego punktu wynika, iż Zamawiający zapewnia sobie płynność dostaw bez konieczności zapłaty za dostarczony sprzęt.

Taki zapis sprawia, iż umowa jest nierównoprawna tak i dla Zamawiającego jak i Dostawcy.

Dlatego też wnosimy o wykreślenie w/w punktu ze wzoru umowy lub modyfikację jego brzmienia na: „Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą umową, w przypadku ewentualnego wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego, do 30 dni ponad termin określony w ust §8 ust.1”.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

*** Pytanie nr 17 - dot. §3 pkt.8 wzoru umowy**

Wnosimy o modyfikację zapisu umowy na: „Zamawiający w przypadku udokumentowanych trzech kolejnych nieterminowych dostaw zamówionego towaru lub trzykrotnej kolejnej odmowy dostawy zamówionego towaru może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy i zobligowania go do należytego wywiązania się z umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

*** Pytanie nr 18 - dot. pakietu nr 6 poz.1**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 pozycja 1 dopuści siatkę przepuklinową wykonaną z monofilamentowego polipropylenu o gramaturze 96g/m², wielkość porów 1.1x1.1mm, całkowita grubość siatki: 0,62 mm, grubość włókna: 0,15 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

*** Pytanie nr 19 - dot. pakietu nr 6 poz.2**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 pozycja 2 dopuści siatkę przepuklinową wykonaną z monofilamentowego polipropylenu o gramaturze 45g/m², wielkość porów 1.1x1.2mm, całkowita grubość siatki: 0,4 mm, grubość włókna: 0,1mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Z poważaniem

UWAGA!!!

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.