



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zam.pub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/352/2018

Sanok, 6 listopad 2018r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/41/2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego cz. II** dla SPZOZ Sanok

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i wzoru umowy

**** Pytanie nr 1 - dot. SIWZ i Umowa par. 7 ust.1 i 3***

Wnoskujemy o wprowadzenie do Umowy poniższego lub równoważnego zapisu:

„ W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu starszego niż 10 lat z powodu braku części zamiennych, z uwagi na określony przez producenta okres zakończenia gwarantowanej dostępności części zamiennych dla aparatów (co zostanie udokumentowane przez Wykonawcę), nie będzie rodziło to jakiegokolwiek odpowiedzialności cywilnoprawnej z jego strony, postanowień o karach umownych określonych w SIWZ.”

Wniosek motywujemy faktem, iż w przypadku braku dostępności części zamiennych naprawa uszkodzonej aparatury może okazać się niemożliwa i nie jest to zawinione przez Wykonawcę.

Odpowiedź: *Zamawiający wprowadza do umowy w § 7 ust 1 i 3 zapis : „W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu starszego niż 10 lat z powodu braku części zamiennych, z uwagi na określony przez producenta okres zakończenia gwarantowanej dostępności części zamiennych dla aparatów (co zostanie udokumentowane przez Wykonawcę), nie będzie rodziło to jakiegokolwiek odpowiedzialności cywilnoprawnej z jego strony, postanowień o karach umownych określonych w SIWZ.”*

**** Pytanie nr 2 - dot. SIWZ rozdz. IV pkt. 5.5***

Prosimy o potwierdzenie, że formułując wymóg realizacji zamówienia w sposób zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz.U. nr 107 poz.679), Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wpisany był do wykazu podmiotów upoważnionych o którym mowa w art.90 ust.4 w/w Ustawy.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*** Pytanie nr 3 - dot. SIWZ rozdz. IV pkt. 5.5 oraz 5.9 – zadanie 10**

Prosimy o potwierdzenie, że z uwagi na inwazyjność wyrobów jakimi są diatermie elektrochirurgiczne dawkujące prąd do ciała pacjenta i związane z tym podwyższone ryzyko wystąpienia incydentu medycznego oraz wymóg producenta, aby czynności serwisowe wykonywane było przez osoby upoważnione przez wytwórcę (instrukcja obsługi), Zamawiający formułując wymóg realizacji zamówienia w sposób zgodny ze wskazówkami producenta (pkt. 5.5) oraz zapewnienia przez Wykonawcę by usługa realizowana była przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje do ich wykonania (5.9), wymaga od Wykonawcy dysponowania osobami posiadającymi pisemne potwierdzenia odbytych szkoleń serwisowych u producentów aparatury na którą Wykonawca składa ofertę?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza – dotyczy tylko pakietu nr 10.

*** Pytanie nr 4 - dot. zadania 10**

Prosimy o informacje, w jakich terminach planowane są przeglądy poszczególnych urządzeń ujętych w zadaniu. Informacja może mieć wpływ na wartość oferty.

Odpowiedź: Termin XII - 2018 (dot. zad. 10).

*** Pytanie nr 5 - dot. pakietu nr 7**

W celu porównywalności ofert złożonych w postępowaniu prosimy o doprecyzowanie wymiany jakich części zużywalnych Zamawiający wymaga.

Firma Nihon Kohden będąca producentem Defibrylatora typu TEC (5521K/5631K) wymaga wykonania następujących czynności podczas rocznego przeglądu technicznego :

- ✓ Defibrylator TEC 5531K/5521K/5631K NIHON KOHDEN
- Wymiana akumulatora (raz na 2 lata),
- Aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji 1.24,
- Przeprowadzenie testów kontrolnych zalecanych przez producenta,
- Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa prądowego zgodnie z normą EN 62353.

Czy Zamawiający potwierdza, iż wymaga przeglądu zgodnie z w/w. zaleceniami producenta ?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający potwierdza.

*** Pytanie nr 6 - dot. pakietu nr 7**

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga kalkulacji w cenie oferty wymiany akumulatora podczas przeglądu objętego niniejszym postępowaniem?

Odpowiedź: NIE.

*** Pytanie nr 7 - dot. pakietu nr 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie przeglądu wszystkich urządzeń opisanych w pakiecie nr 7 podczas jednego przyjazdu serwisanta?

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o informację ile dojazdów w danym roku przeglądowym Wykonawca powinien skalkulować w cenie oferty?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

*** Pytanie nr 8 - dot. pakietu nr 17**

W celu porównywalności ofert złożonych w postępowaniu prosimy o doprecyzowanie wymiany jakich części zużywalnych Zamawiający wymaga.

Firma Nihon Kohden będąca producentem Kardiomonitora Lifescope VS BSM-3562

wymaga wykonania podczas rocznego przeglądu technicznego następujących czynności:

- ✓ Kardiomonitor NIHON KOHDEN Lifescope VS BSM-3562,
- aktualizacja oprogramowania do wersji 8.01.
- Przeprowadzenie testów kontrolnych zalecanych przez producenta,
- Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa prądowego zgodnie z normą EN 62353?

Czy Zamawiający potwierdza, iż wymaga przeglądu zgodnie z w/w. zaleceniami producenta ?

Odpowiedź: TAK, zamawiający potwierdza.

*** Pytanie nr 9 - dot. pakietu nr 17**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie przeglądu wszystkich urządzeń opisanych w pakiecie nr 17 podczas jednego przyjazdu serwisanta?

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o informację ile dojazdów w danym roku przeglądowym Wykonawca powinien skalkulować w cenie oferty?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

*** Pytanie nr 10 - dot. pakietu nr 42**

W celu porównywalności ofert złożonych w postępowaniu prosimy o doprecyzowanie wymiany jakich części zużywalnych Zamawiający wymaga.

Producent Respiratora typu Monnal T75 produkcji firmy Air Liquide (dawniej TAEMA) wymaga wykonania następujących czynności podczas rocznego przeglądu technicznego:

- Wymiana filtra HEPA
- Wymiana czujnika tlenu
- Wymiana uszczelki pod zastawką wydechową
- Przeprowadzenie testów kontrolnych zalecanych przez producenta
- Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa prądowego zgodnie z normą EN 62353?

Czy Zamawiający potwierdza, iż wymaga przeglądu zgodnie z w/w. zaleceniami producenta ?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający potwierdza.

*** Pytanie nr 11 - dot. zapisów SIWZ zał. Nr 6 Wzór umowy § 9 ust. 1, 3:**

Zamawiający wymaga:

- 1) „za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 6 ust. 8: jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy”
- 3) „za nie wykonanie usługi z winy Wykonawcy, w sytuacji przewidzianej w § 6 ust. 3 w wysokości 3% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”

Prosimy o zmianę zapisów na:

1) „za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 6 ust. 8: jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy”

3) „za nie wykonanie usługi z winy Wykonawcy, w sytuacji przewidzianej w § 6 ust. 3 w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”

Podkreślamy, że kary mają jedynie charakter dyscyplinujący.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 12 - dot. zapisów SIWZ zał. Nr 6 Wzór umowy § 9 ust. 1, 3:**

Wnosimy o zmianę sformułowania „opóźnienie” terminem „zwłoka”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 13 - dot. zapisów SIWZ pakiet nr 29:**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że dla Zadanie nr 29, Zamawiający nie będzie wymagał wymiany materiałów eksploatacyjnych ani części zużywalnych, gdyż zgodnie z zaleceniami producenta – wymiana materiałów eksploatacyjnych/części zużywalnych nie wchodzi w zakres czynności przeglądu/konserwacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wymagał wymiany materiałów eksploatacyjnych.

Z poważaniem