

PAKIET NR 10**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zgrzewarka z kontrolą zgrzewu – 1 szt. montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi i eksploatacji.

Producent :

Typ urządzenia :

Kraj pochodzenia :

Rok produkcji 2019

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

L.p.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
Zgrzewarka z kontrolą zgrzewu – 1 szt.			
1	Zgrzewarka rotacyjna z dotykowym, kolorowym wyświetlaczem o przekątnej 4,3 cala i jednowierszową drukarką igłową.	TAK	
2	Licznik ilości wykonanych zgrzewów z możliwością kasowania, licznik czasu pracy.	TAK	
3	Funkcja zegara i kalendarza	TAK	
4	Pamięć wprowadzonych informacji (ostatni wpis)	TAK	
5	Automatyczny start / stop napędu. Automatyczna kontrola temperatury zgrzewania	TAK	
6	Wyświetlanie temperatury zgrzewania Maksymalna temperatura zgrzewania 200°C. Tolerancja temperatury $\pm 1\%$	TAK	
7	Zabezpieczenie przed uszkodzeniem napędu zgrzewarki	TAK	
8	Automatyczna walidacja procesu zgrzewania, kontrola temperatury, siła nacisku rolek oraz szybkości zgrzewania z automatycznym nadrukiem.	TAK	
9	Termiczny wyłącznik bezpieczeństwa chroniący listwy grzejne zgrzewarki przed przegrzaniem.	TAK	
10	Drukowanie na pakiecie daty produkcji i daty ważności, nr wsadu lub numeru kolejnego pakietu, nr osoby odpowiedzialnej Możliwość wyłączenia drukarki	TAK	
11	Możliwość obrotu wydruku o 180 stopni	TAK	
12	Drukowanie symboli EN, CE	TAK	
13	Drukowanie parametrów zgrzewania poprawności zgrzewu, takich jak: data i godzina wykonanego testu, prędkość zgrzewu temperatura, siła nacisku rolki, osoba przeprowadzająca test	TAK	

14	Wyposażona w interfejsy komunikacyjne USB z możliwością archiwizacji i zgrania danych oraz 2x RS 232	TAK	
15	Szybkość zgrzewania 10 m / min.	TAK	
16	Wymiary zewnętrzne maksymalne 553 x 264 x 192 mm (szer./gł./wys.) Waga min.18 kg Moc max. 650 W	TAK	
17	Wieloliniowy zgrzew o szerokości całkowitej 15 mm.	TAK	
18	Możliwość ustawienia odległości zgrzewu od krawędzi rękawa do 30 mm	TAK	
19	Obudowa boczna i konstrukcja ze stali nierdzewnej, pokrywa malowana proszkowo	TAK	
20	Stolik rolkowy	TAK	
21	Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu	TAK	
Serwis i gwarancja			
1	Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące]	min. 24 miesiące	PODAĆ ILE
2	Serwis na terenie Polski (proszę wykaz dołączyć do oferty)	TAK	
3	Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h.	TAK	
4	W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności	TAK	
5	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie gwarancji o czas naprawy	TAK	
6	Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji	zgodnie z zaleceniami producenta	PODAĆ ILE
7	Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca	TAK	
8	Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat	TAK	
9	Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów	min. 6 miesięcy	PODAĆ ILE
10	Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego	TAK	
11	Bezpłatne szkolenie pracownika serwisu SP ZOZ w Sanoku z zakresu obsługi	TAK	

	technicznej i konserwacji urządzenia poświadczone certyfikatem		
--	---	--	--